

2020年06月12日

全科の外来診療あるいは入院診療を受けられた患者さんへ

## 「全自動尿分析装置 US-3500 及び尿試験紙ウロペーパー α III 栄研による色調測定性能に関する研究」への協力のお願い

全科では、過去に下記のような診療を受けた患者さんの試料・情報を用いた研究を行います。皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

研究の対象：2019年06月～2020年02月に全科において、採尿検査を受けられた方

研究期間：倫理審査委員会承認日～ 2023年3月31日

研究目的・方法：

全自動尿分析装置 US-3500 及び尿試験紙ウロペーパー α III ‘栄研’を用いた尿色測定結果と目視での尿色判定結果を比較し、US-3500 尿色判定アルゴリズムの性能と日常検査における有用性を明らかにする。

研究に用いる試料・情報の種類：診療によって採取された残余尿を試料として用いる

研究への参加辞退をご希望の場合

本研究に関して新たに患者さんに行っていただくことはありませんし、費用もかかりません。本研究に関する質問等がありましたら以下の連絡先まで問い合わせください。また、試料・情報が当該研究に用いられることについて了承いただけない場合には研究対象としませんので、以下の連絡先まで申し出ください。なお、本研究は、岐阜大学大学院医学系研究科医学研究等倫理審査委員会の承認を得ております。また、この研究への参加をお断りになった場合にも、将来にわたって当科における診療・治療において不利益を被ることはありませんので、ご安心ください。

研究から生じる知的財産権の帰属と利益相反

研究者および岐阜大学に帰属し、研究対象者には生じません。研究の結果の解釈および結果の解釈に影響を及ぼすような「起こりえる利益相反」は存在しません。

連絡先

岐阜大学医学部附属病院 検査部

電話番号 058-230-7255

氏名：岡 有希

**研究責任者**

岐阜大学医学部附属病院 検査部

氏名：岡 有希